LIVE! HEALTHCARE SUPPLIES

www.livehs.com.br

Citrato de Sódio

Soro: Com ou sem ativador de coágulo

Soro: Com ou sem ativador de coágulo

Heparina

EDTA

Fluoreto E EDTA

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO

ANVISA: 80630310023

Fabricante: SHREE UMIYA SURGICAL PVT.LTD - INDIA

Descrição
Os Tubos de Coleta Sanguínea Live, foram desenvolvidos para serem usados em conjunto com agulha de coleta múltipla e adaptadores para formar um sistema fechado de coleta de sangue.
Os Tubos de Coleta Sanguínea Live, são compatíveis com os sistemas de diagnóstico do mercado. Os Tubos são utilizados para coletar, transportar, armazenar e processar sangue para testes em soro, plasma ou sangue total. Uso em diagnóstico in vitro.

Indicações de uso
O Tubo para Coleta de Sangue à vácuo Live, é utilizado para coleta de sangue destinado a análises clínicas.

Composição
Tubo para Coleta de Sangue: Politereftalato de Etileno (PET)
Tampa Protetora: Polietileno de baixa densidade: (LDPE)
Tampa de Borracha: Borracha butílica copolímero de isobutileno e isopreno (IRR)

Apresentação do produto
Embalagem primária: Engradado contendo 100 peças;
Embalagem secundária: Caixas de papelão contendo 1200 peças cada.

Advertências e Precauções
- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Estéril – esterilizado por radiação gama;
- Antes de usar, leia atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar se estiver fora do prazo de validade;
- Não utilizar caso a tampa esteja desconectada, ou o tubo esteja avariado;
- Mantenha ao abrigo do calor, da luz e da umidade;
- Produto destinado exclusivamente para uso diagnóstico in vitro;
- Durante a coleta, respeitar a sequência de tubos recomendada.

Sequência recomendada dos tubos de coleta
A ordem correta para coleta de sangue por tubos a vácuo é:
1. Azul (Citrato de Sódio)
2. Amarelo/Vermelho (Ativador de coágulo)
3. Verde (Heparina)
4. Lilás/Roxo (EDTA)
5. Cinza (Fluoreto de sódio/EDTA)

Condições de armazenamento
- As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 5 a 25°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é imprescindível que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados;
- Após o uso da amostra biológica, descartar o tubo para coleta em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

Utilize um leitor QR Code no seu celular.

Rua Domingos Rampelotti, 3501
Módulo 08 A e B - São Roque - Itajaí/SC
CEP: 88317-600
CNPJ: 10.842.393/0001-34
Responsabilidade Técnica:
Camila Rodrigues da Silva - Coren-SC: 685598

Canais de atendimento ao cliente:
E-mail: **sac@livehs.com.br**
Telefone: **0800 591 2824**

LIVE! HEALTHCARE SUPPLIES

www.livehs.com.br

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO

ANVISA: 80630310023

Fabricante: SHREE UMIYA SURGICAL PVT.LTD - INDIA

Modelo:

TUBO DE COAGULAÇÃO COM CITRATO DE SÓDIO

Os Tubos de Coagulação para Coleta de Sangue a Vácuo Live, é adequado para o exame dos parâmetros do coagulação, é utilizado para prova de coagulação em amostras. Diferentes concentrações de Citrato de Sódio podem ter efeitos significativos nas análises terapias antitrombóticas, Tempo de Protombina (TP) e Tempo de Tromboplastia ativada (TTPa).
Os tubos de plástico, diminuindo o risco de quebra e derramamento de amostra, com biocompatibilidade exclusiva. Para melhor identificação, possuem tampa na cor azul.

Instruções de uso

Após a coleta de amostras sanguíneas, não excedendo a linha indicadora, homogeneizar suavemente o tubo com inversão de 8 a 10 vezes;
Manter o tubo em posição vertical;

Apresentação

Rack com 100 unidades e Caixa Master com 1800 unidades.

Aditivo	Dimensões	Volume	Cor
3,2% Citrato de Sódio	13x75mm	1,8ml	Azul
3,2% Citrato de Sódio	13x75mm	3,6ml	Azul

Validade
24 meses

Utilize um leitor QR Code no seu celular.

Rua Domingos Rampelotti, 3501
Módulo 08 A e B - São Roque - Itajaí/SC
CEP: 88317-600
CNPJ: 10.842.393/0001-34
Responsabilidade Técnica:
Camila Rodrigues da Silva - Coren-SC: 685598

Canais de atendimento ao cliente:
E-mail: **sac@livehs.com.br**
Telefone: **0800 591 2824**

LIVE! HEALTHCARE SUPPLIES

www.livehs.com.br

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO

ANVISA: 80630310023

Fabricante: SHREE UMIYA SURGICAL PVT.LTD - INDIA

Modelo:

TUBO DE SOROLOGIA + GEL SEPARADOR

Os Tubos de Sorologia para Coleta de Sangue a Vácuo Live, possui ativador de coágulo jateado na parede do tubo que faz com que o processo de coagulação seja acelerado e gel separador, para obtenção de um soro com melhor qualidade.
Utilizados em rotinas de bioquímica, sorologia, imunologia, marcadores cardíacos e tumorais.

Instruções de uso

Após a coleta de amostra sanguínea, não excedendo a linha indicadora, homogeneizar suavemente o tubo com inversão de 8 a 10 vezes.
Manter o tubo em posição vertical por um período de 30 a 45 minutos em temperatura ambiente, para retração do coágulo.
A gravidade especifica faz com que o gel de barreira se mova para cima, formando uma barreira que separa o soro das células de fibrina.

Apresentação

Rack com 100 unidades e Caixa Master com 1800 unidades.

Aditivo	Dimensões	Volume	Cor
Ativador de Coágulo + Gel Separador	13x75mm	3,5ml	Amarelo
Ativador de Coágulo + Gel Separador	13x100mm	5,0ml	Amarelo
Ativador de Coágulo + Gel Separador	16x100mm	8,5ml	Amarelo

Validade
24 meses

Utilize um leitor QR Code no seu celular.

Rua Domingos Rampelotti, 3501
Módulo 08 A e B - São Roque - Itajaí/SC
CEP: 88317-600
CNPJ: 10.842.393/0001-34
Responsabilidade Técnica:
Camila Rodrigues da Silva - Coren-SC: 685598

Canais de atendimento ao cliente:
E-mail: **sac@livehs.com.br**
Telefone: **0800 591 2824**

LIVE! HEALTHCARE SUPPLIES

www.livehs.com.br

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO

ANVISA: 80630310023

Fabricante: SHREE UMIYA SURGICAL PVT.LTD - INDIA

Modelo:

TUBO DE SOROLOGIA – ATIVADOR DE COÁGULO

Os Tubos de Sorologia para Coleta de Sangue a Vácuo Live, possui ativador de coágulo (sílica) jateado na parede do tubo, fazendo com que o processo de coagulação da amostra seja acelerado. Por estimular a liberação do fator de coagulação pelas plaquetas, desencadeando as reações em cascata do processo de coagulação.
Soros para determinações bioquímicas e imunológicas.

Instruções de uso

Após a coleta de amostra sanguínea, não excedendo a linha indicadora, homogeneizar suavemente o tubo com inversão de 8 a 10 vezes.
Manter o tubo em posição vertical por um período de 30 a 45 minutos em temperatura ambiente, para retração do coágulo.

Apresentação

Rack com 100 unidades e Caixa Master com 1800 unidades.

Aditivo	Dimensões	Volume	Cor
Ativador de Coágulo	13x75mm	4,0ml	Vermelho
Ativador de Coágulo	16x100mm	9,0ml	Vermelho
Ativador de Coágulo	16x100mm	10,0ml	Vermelho

Validade
24 meses

Utilize um leitor QR Code no seu celular.

Rua Domingos Rampelotti, 3501
Módulo 08 A e B - São Roque - Itajaí/SC
CEP: 88317-600
CNPJ: 10.842.393/0001-34
Responsabilidade Técnica:
Camila Rodrigues da Silva - Coren-SC: 685598

Canais de atendimento ao cliente:
E-mail: **sac@livehs.com.br**
Telefone: **0800 591 2824**

LIVE! HEALTHCARE SUPPLIES

www.livehs.com.br

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO

ANVISA: 80630310023

Fabricante: SHREE UMIYA SURGICAL PVT.LTD - INDIA

Modelo:

TUBO COM HEPARINA DE LÍTIO

Os Tubos com Heparina de Lítio para Coleta de Sangue à Vácuo Live, são utilizados quando é necessário o uso de plasma para determinações Bioquímicas. Estes aditivos são anticoagulantes que ativam as enzimas antiplaquetárias, bloqueando a cascata de coagulação.

Instruções de uso

Após a coleta de amostras sanguíneas, não excedendo a linha indicadora, homogeneizar suavemente o tubo com inversão de 8 a 10 vezes;
Manter o tubo em posição vertical;

Apresentação

Rack com 100 unidades e Caixa Master com 1200 unidades.

Aditivo	Dimensões	Volume	Cor
Lítio, Heparina	13x75mm	6,5ml	Verde

Validade
24 meses

Utilize um leitor QR Code no seu celular.

Rua Domingos Rampelotti, 3501
Módulo 08 A e B - São Roque - Itajaí/SC
CEP: 88317-600
CNPJ: 10.842.393/0001-34
Responsabilidade Técnica:
Camila Rodrigues da Silva - Coren-SC: 685598

Canais de atendimento ao cliente:
E-mail: **sac@livehs.com.br**
Telefone: **0800 591 2824**

LIVE! HEALTHCARE SUPPLIES

www.livehs.com.br

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO

ANVISA: 80630310023

Fabricante: SHREE UMIYA SURGICAL PVT.LTD - INDIA

Modelo:

TUBO DE IMUNO-HEMATOLOGIA | EDTA K2 ou EDTA K3

Os Tubos de Imuno-Hematologia para Coleta de Sangue à Vácuo Live, possui EDTA jateado na parede do tubo e são utilizados em bancos de sangue. O EDTA K2 ou EDTA K3 é o anticoagulante recomendado para rotinas de hematologia por ser o melhor anticoagulante para a preservação da morfologia celular.

Instruções de uso

Após a coleta de amostras sanguíneas, não excedendo a linha indicadora, homogeneizar suavemente o tubo com inversão de 8 a 10 vezes;
Manter o tubo em posição vertical;

Apresentação

Rack com 100 unidades e Caixa Master com 1800 unidades.

Aditivo	Dimensões	Volume	Cor
EDTA K2	13x75mm	2,0ml	Roxo
EDTA K2	13x75mm	4,0ml	Roxo

Validade
24 meses

Utilize um leitor QR Code no seu celular.

Rua Domingos Rampelotti, 3501
Módulo 08 A e B - São Roque - Itajaí/SC
CEP: 88317-600
CNPJ: 10.842.393/0001-34
Responsabilidade Técnica:
Camila Rodrigues da Silva - Coren-SC: 685598

Canais de atendimento ao cliente:
E-mail: **sac@livehs.com.br**
Telefone: **0800 591 2824**

LIVE! HEALTHCARE SUPPLIES

www.livehs.com.br

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO

ANVISA: 80630310023

Fabricante: SHREE UMIYA SURGICAL PVT.LTD - INDIA

Modelo:

TUBO PARA ESTIMATIVA DE GLICOSE

Os Tubos de Glicemia para Coleta de Sangue a Vácuo Live, utilizados na dosagem de glicose, lactato e hemoglobina glicada no plasma. O Fluoreto de Sódio é utilizado como inibidor glicolítico e o EDTA como anticoagulante, preservando a morfologia celular. Para realização destes exames o plasma sanguíneo é utilizado.

Instruções de uso

Após a coleta de amostras sanguíneas, não excedendo a linha indicadora, homogeneizar suavemente o tubo com inversão de 8 a 10 vezes;
Manter o tubo em posição vertical;

Apresentação

Rack com 100 unidades e Caixa Master com 1200 unidades.

Aditivo	Dimensões	Volume	Cor
Fluoreto de Sódio + EDTA Na2	13x75mm	2,0ml	Cinza
Fluoreto de Sódio + EDTA Na2	13x75mm	2,5ml	Cinza
Fluoreto de Sódio + EDTA Na2	13x75mm	4,0ml	Cinza

Validade
24 meses

Utilize um leitor QR Code no seu celular.

Rua Domingos Rampelotti, 3501
Módulo 08 A e B - São Roque - Itajaí/SC
CEP: 88317-600
CNPJ: 10.842.393/0001-34
Responsabilidade Técnica:
Camila Rodrigues da Silva - Coren-SC: 685598

Canais de atendimento ao cliente:
E-mail: **sac@livehs.com.br**
Telefone: **0800 591 2824**